


Secretaria Municipal
da Saúde



Caucaia, 21 de Janeiro de 2022.

Memorando Nº 004/2022/SMS

DE: Coordenação de Manutenção e Engenharia Clínica

PARA: Coordenação Administrativo Financeiro

Cumprimentando-o (a),

CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico n.º 2021.12.20.02 e as solicitações de esclarecimento de termo, pela empresa relacionada:

- *HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ 33.921.755/0001-88*

DOS PEDIDOS: Isto posto, é a presente **Solicitação de Adequação com modificação do Edital** para requerer:

1. *O Anexo I, do instrumento convocatório, destinado ao pregão em comento, discrimina a relação de itens a serem licitados, conforme tabela a seguir. O que ocorre na especificação dos produtos é que os filmes foram apresentadas nas dimensões analógicas, desta forma o produto solicitado não é compatível com a Dry View 6800;*
2. *No que concerne ao objeto editalício, não houve a especificação correta do tamanho do filme digital compatível com a impressora dry 6800. Nota-se também que o valor de referência se encontra muito abaixo do praticado no mercado. Essas informações influenciam de maneira direta a elaboração da proposta para que as empresas cotem o produto correto. Desta forma, solicita-se alteração dos tamanhos dos filmes digitais compatíveis com o equipamento em questão conforme abaixo de acordo com o descrito no objeto do edital.*


CONSIDERANDO que o fato de direito se dá pelo Edital que, no seu item 14.1 do instrumento convocatório prevê que "Qualquer pessoa física ou jurídica poderá, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas de Preços, solicitar esclarecimento e ou impugnar o ato convocatório deste Pregão." e, que as empresas apresentaram recursos em data hábil e em atendimento ao prazo estabelecido pelo Edital em referência, sendo que as observações individuais merecem serem reconhecidas como tempestivas, de modo que passamos à análise das razões.

CONSIDERANDO que o Edital exige do certame no item 4.2 que "A realização do certame tem por finalidade à aquisição dos insumos de radiologia, tendo em vista o funcionamento adequado dos serviços de Bioimagem no Município e a manutenção dos estoques de material radiológico em níveis adequados, de forma a atender aos pacientes nas suas necessidades de exames de imagem sem haver interrupção nos serviços por falta de insumos específicos à esta atividade."

CONSIDERANDO que o objeto do Edital trata-se de:


A) DOS QUANTITATIVOS TOTAIS DA LICITAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | MÉDIA PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO | |
|-------------|---|---------|-------|---------------------------------|------------|
| | | | | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL |
| 1 | FILME LASER DVB 24X30 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS | CAIXA | 400 | 261,11 | 104.444,00 |
| 2 | FILME LASER DVB 30X40 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS | CAIXA | 400 | 283,58 | 113.432,00 |
| 3 | FILME LASER DVB 35X35 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS | CAIXA | 400 | 319,76 | 127.904,00 |
| 4 | FILME LASER DVB 35X43 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS | CAIXA | 800 | 377,62 | 302.096,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 647.876,00 | |



PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
da Saúde




B) DA DISPOSIÇÃO DOS ITENS QUANTO A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (EM ATENDIMENTO AOS INCISOS I E III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006).

| LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO | | | | | |
|------------------------------|--|---------|-------|---------------------------------|------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | MÉDIA PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO | |
| | | | | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL |
| 1 | FILME LASER DVB 24X30 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 300 | 261,11 | 78.333,00 |
| 2 | FILME LASER DVB 30X40 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 300 | 283,58 | 85.074,00 |
| 3 | FILME LASER DVB 35X35 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 300 | 319,76 | 95.928,00 |
| 4 | FILME LASER DVB 35X43 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 600 | 377,62 | 226.572,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 485.907,00 | |

| LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI | | | | | |
|--|--|---------|-------|---------------------------------|------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | MÉDIA PREÇOS SISTEMA ELETRÔNICO | |
| | | | | VAL. UNIT. | VAL. TOTAL |
| 1 | FILME LASER DVB 24X30 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 100 | 261,11 | 26.111,00 |
| 2 | FILME LASER DVB 30X40 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 100 | 283,58 | 28.358,00 |
| 3 | FILME LASER DVB 35X35 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 100 | 319,76 | 31.976,00 |
| 4 | FILME LASER DVB 35X43 - COMPATÍVEL COM APARELHO KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER - CAIXA COM 125 PELÍCULAS. | CAIXA | 200 | 377,62 | 75.524,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 161.969,00 | |


Página 3 de 5

Rua Coronel Correia, 2089 - Centro
Caucaia - CE 61600-004
(85) 33428023 / 3342 8024



PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
da Saúde



CONSIDERANDO que diante do que fora exposto através das solicitações desta empresa em epígrafe, a empresa contesta a especificação do objeto quanto a especificidade do tamanho da película de filme que seja compatível com a Impressora Dry 5950.


CONSIDERANDO que no Edital apresenta a relação discriminada dos filmes, inclusive o tamanho a ser fornecido.

Face o exposto, apresentamos as seguintes considerações:

- 1 As considerações da empresa *HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA* - CNPJ 33.921.755/0001-88 através do pedido de adequação junto ao tamanho compatível sejam acatadas como sugestão para alteração no que consta especificado na tabela apresentada no Edital, tendo em vista, a especificidade do produto fornecido para equipamentos digitais.

Observando que para a impressora DRYVIEW 5950 somente permite o uso dos seguintes tamanhos de filmes:

- 1.a 35 x 43 cm (14 x 17 pol)
 - 1.b 35 x 35 cm (14 x 14 pol)
 - 1.c 28 x 35 cm (11 x 14 pol)
 - 1.d 25 x 30 cm (10 x 12 pol)
 - 1.e 20 x 25 cm (8 x 10 pol)
- 2 Em referência ao Pedido 2, que trata da contestação dos valores praticados no mercado, não cabe a este setor definir tomada de preços no presente Edital;
 - 3 Sendo assim, indicamos que o Edital seja aplicado com as alterações das especificações de tamanho do filme e que as observações neste esclarecimento venham a ser suficientes para atender tecnicamente as necessidades de nossa contratação do objeto em questão.



PREFEITURA DE
CAUCAIA

Secretaria Municipal
da Saúde



Por estes termos apresentamos os fundamentos acima, bem como aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Wendel Gomes
Coordenador Manutenção
e Engenharia Clínica